

Organismo accreditato
Accredited body

MARPOSS S.p.A.
Via Saliceto, 13
40010 BENTIVOGLIO (BO) - Italia
www.marposs.com



DT00105LAT/015

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Riferimento
Contact

Andrea MATTEUZZI

Tel.: +39 051 899229
E-mail: calibration00105@marposs.com

Tabella allegata al Certificato di
Accreditamento
Annex to the Accreditation Certificate

00105 Calibration REV. 015

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Attività oggetto di accreditamento
Accredited activities

Lunghezza
- **Campioni diametrali lisci (SLN-11)**

Via Saliceto, 13
40010 BENTIVOGLIO (BO)
Italia

A

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteria@accredia.it

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Settore / Calibration field		(SLN-11) Campioni diametrali lisci						
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range		Incertezza ⁽¹⁾ Uncertainty		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
					U ₁	U ₂		
Campioni diametrali	Diametro cilindro esterno	Temperatura: (20,0 ± 0,5) °C	≥ 1 mm	≤ 150 mm	0,4 µm	0,7·10 ⁻⁶ ·L	EURAMET cg-6 ver.3.0 par. 2	A
	Diametro cilindro interno		≥ 10 mm	≤ 150 mm	0,4 µm	0,6·10 ⁻⁶ ·L		

Fine della tabella / End of annex

¹ L'incertezza estesa di misura si ottiene sommando linearmente i valori indicati delle due componenti U_1 e U_2 ed esprimendo il risultato con 2 cifre significative. Nella formulazione della componente di incertezza U_2 , con L si indica la lunghezza nominale espressa in micrometri.